PH8500-HF

PH8500-HF Portable pH Meter for Solutions containing Hydrofluoric Acid or Strong Acid
Portátil serie 8500 (GLP, USB)

Imagen del fabricante (Apera Instruments).

Código	AI5525
Para Chile	Funciona con pilas o puerto USB (no depende de la red eléctrica).
Formato	portátil
pH: rango	-2.00 a 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 11 pH
pH: resolución	0.01/0.1 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito

Especificaciones

Formato	portátil
pH: rango	-2.00 a 16.00 pH
Electrodo: rango de pH	0 a 11 pH
pH: resolución	0.01/0.1 pH
pH: exactitud	±0.01 pH ±1 dígito
mV: rango	-1999 mV - 0 - 1999 mV
Compensación de temperatura	0 a 100°C (automática o manual)
Memoria de datos	500 grupos
Protección (IP)	IP57
Electrodo: cuerpo	vidrio sin plomo
Electrodo: unión	cerámica
Electrodo: temperatura de trabajo	0 a 100°C (32 a 212°F)
Electrodo: electrolito	3M KCL
Electrodo: conector	BNC and RCA
Electrodo de pH incluido	LabSen 833
Conectividad	USB
Alimentación del equipo	3 pilas AA / DC5V (USB port)

Alimentación eléctrica

Para Chile (220 V / 50 Hz): Funciona con pilas o puerto USB (no depende de la red eléctrica).

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (aperainst.com (página de producto), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160