Tamiz de ensayo Ø100 x 23 mm

Tamiz analítico de ensayo, marco de acero inoxidable · Cisa (Barcelona, España)



Imagen referencial (fabricante).

Diámetro del marco	100 mm
Altura del marco	23 mm
Material del marco	AISI-304
Peso	70 a 140 g (según abertura)
Volumen de muestra	hasta 25 cm³
Incluye	certificado de ensayo 2.1 EN 10204; marcado láser con número de serie (según ficha)

Configuraciones disponibles

Configuración	Norma	Aberturas	Códigos
Malla tejida	ISO 3310.1 / ASTM E-11-2013 (malla tejida)	20 µm a 6,00 mm (ficha: hasta 4,00 mm)	0300601 a 0313101 (63 por abertura)

El código de pedido es de 7 dígitos y depende de la abertura de malla y del bastidor: indique siempre ambos.

Accesorios (tapa, fondo y junta)

Accesorio	Código
Fondo	0300001
Tapa	0300002

Opcionales

Certificado de calibración (ISO 3310 / ASTM E-11 / AFNOR NF X11-504 / BS 410, también con valor de incertidumbre) · marco en AISI-316 según formato · malla de soporte en aberturas finas · servicio de calibración.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (cisa.net y ficha del fabricante, 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160