Tamiz de ensayo Ø200 x 50 mm

Tamiz analítico de ensayo, marco de acero inoxidable · Cisa (Barcelona, España)



Imagen referencial (fabricante).

Diámetro del marco	200 mm
Altura del marco	50 mm
Material del marco	AISI-304
Peso	300 a 500 g (según abertura)
Incluye	certificado de ensayo 2.1 EN 10204; marcado láser con número de serie (según ficha)

Configuraciones disponibles

Configuración	Norma	Aberturas	Códigos
Malla tejida	ISO 3310.1 / ASTM E-11-2013 (malla tejida)	20 µm a 125,00 mm	0800601 a 0820201 (103 por abertura)
Chapa perforada, agujero cuadrado	ISO 3310.2 / ASTM E-323-2011 (agujero cuadrado)	4,00 a 125 mm	un código por abertura (consulte a Cromtek)
Chapa perforada, agujero redondo	ISO 3310.2 / ASTM E-323-2011 (agujero redondo)	0,50 a 50 mm	un código por abertura (consulte a Cromtek)
Chapa perforada, agujero alargado	ISO 5223 (agujero alargado)	20 a 30 mm (según tabla de la ficha 200.4)	0830081 a 0832481
Malla electroformada	ISO 3310.3 / ASTM E-161 (malla electroformada)	5 µm a 0,50 mm (según tabla de la ficha 200.5)	0800151 a 0807451

El código de pedido es de 7 dígitos y depende de la abertura de malla y del bastidor: indique siempre ambos.

Accesorios (tapa, fondo y junta)

Accesorio	Código
Tapa	0800001
Tapa vía húmeda	0800004
Fondo	0800002
Fondo vía húmeda	0800005
Junta de goma	J200

Opcionales

Certificado de calibración (ISO 3310 / ASTM E-11 / AFNOR NF X11-504 / BS 410, también con valor de incertidumbre) · marco en AISI-316 según formato · malla de soporte en aberturas finas · servicio de calibración.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (cisa.net y ficha del fabricante, 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160