Tamiz de ensayo Ø203 x 51 mm (8 pulgadas)

Tamiz analítico de ensayo, marco de acero inoxidable · Cisa (Barcelona, España)



Imagen referencial (fabricante).

Diámetro del marco	203 mm
Altura del marco	51 mm
Material del marco	acero inoxidable (calidad AISI: confirmar)
Peso	300 a 500 g (según abertura)
Incluye	certificado de ensayo 2.1 EN 10204; marcado láser con número de serie (según ficha)

Configuraciones disponibles

Configuración	Norma	Aberturas	Códigos
Malla tejida	ISO 3310.1 / ASTM E-11-2013 (malla tejida)	20 µm a 125,00 mm	1000601 a 1020201 (103 por abertura)
Chapa perforada, agujero cuadrado	ISO 3310.2 / ASTM E-323-2011 (agujero cuadrado)	4,00 a 125 mm	un código por abertura (consulte a Cromtek)
Chapa perforada, agujero redondo	ISO 3310.2 / ASTM E-323-2011 (agujero redondo)	0,50 a 50 mm	un código por abertura (consulte a Cromtek)

El código de pedido es de 7 dígitos y depende de la abertura de malla y del bastidor: indique siempre ambos.

Accesorios (tapa, fondo y junta)

Accesorio	Código
Fondo	1000001
Fondo vía húmeda	1000011
Tapa	1000002
Tapa vía húmeda	1000010
Junta de goma	J203

Opcionales

Certificado de calibración (ISO 3310 / ASTM E-11 / AFNOR NF X11-504 / BS 410, también con valor de incertidumbre) · marco en AISI-316 según formato · malla de soporte en aberturas finas · servicio de calibración.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (cisa.net y ficha del fabricante, 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160