Tamiz de ensayo Ø315 x 80 mm

Tamiz analítico de ensayo, marco de acero inoxidable · Cisa (Barcelona, España)



Imagen referencial (fabricante).

Diámetro del marco	315 mm
Altura del marco	80 mm
Material del marco	por confirmar

Configuraciones disponibles

Configuración	Norma	Aberturas	Códigos
Malla tejida	ISO 3310.1 (malla tejida, según Excel; la web no publica ficha propia: confirmar)	20 µm a 125,00 mm	1500601 a 1520201 (103 por abertura) · por confirmar

El código de pedido es de 7 dígitos y depende de la abertura de malla y del bastidor: indique siempre ambos.

Accesorios (tapa, fondo y junta)

Accesorio	Código
Junta de goma	J315

Opcionales

Certificado de calibración (ISO 3310 / ASTM E-11 / AFNOR NF X11-504 / BS 410, también con valor de incertidumbre) · marco en AISI-316 según formato · malla de soporte en aberturas finas · servicio de calibración.

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (cisa.net y ficha del fabricante, 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160