

Termómetros ASTM - Distillation

2 variantes, rango total -2 a 400 °C. Cambia solo el rango de medición

Datos clave

- Termómetros calibrados según ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (según el fabricante).
- Los códigos 250-004-... (certificados) incluyen informe de calibración ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.
- Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el código de catálogo.
- Versión sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al código del termómetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C → 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

Código	ASTM	IP	Descripción	Rango °C	Rango °F	Código certificado	Puntos de calibración °C
250-000-07C	7C	5C	Distillation, Low	-2 a 300	30 a 580	250-004-07C	0, 50, 100, 150, 200, 250, 300
250-000-08C	8C	6C	Distillation, High	-2 a 400	30 a 760	250-004-08C	0, 100, 200, 300, 370

Rango °F: versión en escala Fahrenheit (código 250-000-...F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.