Termómetros ASTM - Petrolatum Melting Point

Rango 32 a 127 °C

Datos clave

- Termómetros calibrados según ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (según el fabricante).
- Los códigos 250-004-… (certificados) incluyen informe de calibración ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.
- Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el código de catálogo.
- Versión sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al código del termómetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C → 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

Código	ASTM	IP	Descripción	Rango °C	Rango °F	Código certificado	Puntos de calibración °C
250-000-61C	61C	63C	Petrolatum Melting Point	32 a 127	90 a 260	250-004-61C	40, 60, 80, 100, 120

Rango °F: versión en escala Fahrenheit (código 250-000-…F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.