

Termómetros ASTM - Reference Standard

9 variantes, rango total -38 a 405 °C. Cambia solo el rango de medición

Datos clave

- Termómetros calibrados según ASTM E-1 (método E-77), trazables a NIST (según el fabricante).
- Los códigos 250-004-... (certificados) incluyen informe de calibración ISO/IEC 17025 y ANSI/NCSL Z-540-1, en los puntos de prueba ASTM indicados.
- Producto no eléctrico: no aplica voltaje ni frecuencia. Al ordenar, indicar el código de catálogo.
- Versión sin mercurio: el fabricante indica agregar -NM al código del termómetro (ejemplo del fabricante: 250-000-01C → 250-001-01C-NM); confirmar disponibilidad por modelo.

Variantes y especificaciones

Código	ASTM	IP	Descripción	Rango °C	Rango °F	Código certificado	Puntos de calibración °C
250-000-62C	62C	-	Reference Standard	-38 a 2	-36 a 35	250-004-62C	-37, -30, -20, -10, 0
250-000-63C	63C	-	Reference Standard	-8 a 32	18 a 89	250-004-63C	-7, 0, +10, 20, 30
250-000-64C	64C	-	Reference Standard	25 a 55	77 a 131	250-004-64C	0, 25, 35, 45, 55
250-000-65C	65C	-	Reference Standard	50 a 80	122 a 176	250-004-65C	0, 50, 60, 70, 80
250-000-66C	66C	-	Reference Standard	75 a 105	167 a 221	250-004-66C	0, 75, 85, 95, 105
250-000-67C	67C	-	Reference Standard	95 a 155	203 a 311	250-004-67C	0, 100, 110, 130, 150
250-000-68C	68C	-	Reference Standard	145 a 205	293 a 401	250-004-68C	0, 150, 170, 190, 205
250-000-69C	69C	-	Reference Standard	195 a 305	383 a 581	250-004-69C	0, 200, 235, 270, 305
250-000-70C	70C	-	Reference Standard	295 a 405	563 a 761	250-004-70C	0, 300, 335, 370, 400

Rango °F: versión en escala Fahrenheit (código 250-000-...F) cuando el fabricante la lista; "-" = no listada. IP: referencia IP del fabricante; "-" = sin referencia.