UTS-0854

Máquina para ensayos de CBR con indicador digital, capacidad 50 kN
CBR de laboratorio



Imagen referencial del fabricante.

Código	UTS-0854
Para Chile	UTS-0854: 220-240 V 50-60 Hz
Capacidad	50 kN
Normas	EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO T193; NF P94-078; UNI CNR 10009
Velocidades	1,0 mm/min (BS) y 1,27 mm/min (ASTM/EN/AASHTO)
Velocidad de descarga	5 mm/min
Medición	celda de carga 50 kN y transductor lineal 25x0,001 mm con dos indicadores digitales

Especificaciones

Capacidad	50 kN
Normas	EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO T193; NF P94-078; UNI CNR 10009
Velocidades	1,0 mm/min (BS) y 1,27 mm/min (ASTM/EN/AASHTO)
Velocidad de descarga	5 mm/min
Medición	celda de carga 50 kN y transductor lineal 25x0,001 mm con dos indicadores digitales
Dimensiones	480x650x1150 mm
Peso aprox.	110 kg
Potencia	370 W
Versiones	UTS-0854 220-240 V 50-60 Hz; UTS-0854/110 110 V 60 Hz

Variantes eléctricas

Chile: UTS-0854: 220-240 V 50-60 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (utest.com.tr (HTML y folleto), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160