UTS-0860

Máquina automática para ensayos de CBR
CBR de laboratorio



Imagen referencial del fabricante.

Código	UTS-0860
Para Chile	UTS-0860: 220-240 V 50-60 Hz
Capacidad	50 kN
Normas	EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO T193; NF P94-078; UNI CNR 10009
Velocidad	0,5 a 5 mm/min ajustable
Accionamiento	pistón electromecánico
Medición	celda de carga 50 kN y transductor lineal 25x0,001 mm

Especificaciones

Capacidad	50 kN
Normas	EN 13286-47; BS 1377:4; ASTM D1883; AASHTO T193; NF P94-078; UNI CNR 10009
Velocidad	0,5 a 5 mm/min ajustable
Accionamiento	pistón electromecánico
Medición	celda de carga 50 kN y transductor lineal 25x0,001 mm
Control	indicador gráfico BC 100 (pantalla táctil 800x480; hasta 10.000 resultados; Ethernet)
Software	PC incluido (PC opcional)
Dimensiones	480x650x1150 mm
Peso aprox.	110 kg
Potencia	370 W
Versiones	UTS-0860 220-240 V 50-60 Hz; UTS-0860/110 110 V 60 Hz

Variantes eléctricas

Chile: UTS-0860: 220-240 V 50-60 Hz

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (utest.com.tr (HTML y folleto), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160